

Il sistema di chiamata e comunicazione EFE-Comlite rispetta tutte le normative obbligatorie per impianti di chiamata a segnale luminoso e le disposizioni dei paesi di destinazione.

NORMATIVE

DIN VDE 0100	Disposizioni per l'installazione di impianti ad alta tensione con valori nominali fino a 1000 V
DIN VDE 0107	Impianti ad alta tensione in ospedali e spazi ad uso medico extraospedalieri
DIN VDE 0834	Tecnica di chiamata a segnale luminoso; impianti per ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite, case di riposo per anziani e carceri. *)
EN 50081-1/03.93	Compatibilità elettromagnetica **) Normativa del settore "Emissione interferenze"
EN 50082-1/03.93	Compatibilità elettromagnetica **) Normativa del settore "Resistenza ad interferenze"
DIN EN 60950 (VDE 0805)	Sicurezza dei dispositivi nella tecnica di trasmissione dati
DIN EN 60601-1	Protezione contro correnti passanti conduttori solidi
DIN EN 793	Installazioni di apparecchiature elettromedicali

*) Questa norma, versione aprile 2000, sostituisce la vecchia norma DIN 41050.

**) In Europa, il rispetto di queste norme è presupposto fondamentale ed imprescindibile per ottenere l'approvazione CE e per poter distribuire sul mercato apparecchiature elettriche. Non è necessario sottolineare l'applicazione di queste normative. E' compito dell'Ufficio Centrale per le Telecomunicazioni, in qualità di organo di controllo, la sorveglianza al rispetto delle normative vigenti e la presa in visione dei relativi documenti.